



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, 23.12.2009 r

Nr 3410/13/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Zadanie Nr 3 pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający prędkość 440 klatek na sekundę? Tak niewielka różnica w zakresie odśnieżania obrazu nie ma praktycznie większego znaczenia dla wartości diagnostycznej aparatu.

Odp.1 Zamawiający nie dopuści do przetargu aparat posiadający prędkość odśnieżania obrazu 440 klatek na sekundę

Pyt.2 Zadanie Nr 3 pkt. 14d

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający maksymalną mierzoną prędkość przepływu w Dopplerze pulsacyjnym przy kącie 0 stopni 4 m/s i kąt korekcji 0-80 stopni? W/w parametry nie mają żadnej wartości diagnostycznej ponieważ przy kącie 0 stopni w Dopplerze pulsacyjnym nie wykonuje się żadnych pomiarów-diagnoza stawiana przy pomocy tak ustawionych parametrów jest niezgodna z wytycznymi dotyczącymi badań przepływów i jest obciążona ogromnym błędem obliczeniowym. Powyższe dotyczy również kąta korekcji ponieważ zalecany prawidłowy kąt korekcji w badaniach naczyniowych wynosi max 70 stopni.

Odp.2 Zamawiający nie dopuści do przetargu aparat posiadający maksymalną mierzoną prędkość przepływu w Dopplerze pulsacyjnym przy kącie 0 stopni 4 m/s i kąt korekcji 0-80 stopni.

Pyt.3 Zadanie Nr 3 pkt. 19c

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę do badań pediatrycznych?

Odp.3 Zamawiający nie dopuści do przetargu aparat bez możliwości rozbudowy o głowicę do badań pediatrycznych.

Pyt.4 Zadanie Nr 3 pkt. 20e

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat renomowanego producenta o wadze 120 kg?

Odp.4 Zamawiający dopuści do przetargu aparat o wadze 120 kg.

  
mgr inż. Krzysztof Ujma