



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 29.12.2009 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3410/13/09 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego”.

MODYFIKACJA treści SIWZ

Wójt Gminy Poczesna działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego”.

Zakres modyfikacji jest następujący :

Zamawiający dokonał modyfikacji :

Rozdz. IX pkt. 8 SIWZ z zapisu : „instrukcja obsługi w języku polskim dla każdego z urządzeń” na zapis : „pierwszą stroną instrukcji obsługi w języku polskim dla każdego z urządzeń”

Rozdz. III pkt. 2 SIWZ z zapisu : „Dojazd serwisu do 2 godz. od zgłoszenia awarii” na zapis : „Dojazd serwisu do 48 godzin w dni robocze liczone od czasu zgłoszenia awarii”

Rozdz. III pkt.2 SIWZ oraz formularzu ofertowym do SIWZ w zadaniu nr 3 z zapisu : „ waga aparatu poniżej 95 kg” na zapis : „ waga aparatu 120 kg lub poniżej”

Rozdz. III pkt.2 SIWZ oraz formularzu ofertowym do SIWZ w zadaniu nr 3 z zapisu : „menu aparatu w języku polskim” na zapis : „menu aparatu w języku polskim lub języku obcym”

Rozdz. III pkt.2 SIWZ oraz formularzu ofertowym do SIWZ z zadaniu nr 3 z zapisu : „kąt skanowania min 68 stopni” na zapis : „kąt skanowania min 66 stopni”

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące :

Termin składania ofert : **12.01.2010 r.**

Termin otwarcia ofert : **12.01.2010 r.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

WOJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)