



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 29.12.2009 r.

Nr 3410/13/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę sprzętu medycznego**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wysokiej klasy, w którym kąt skanowania w głowicy typu convex wynosi 66 stopni? Oferujemy głowicę spełniającą pozostałe wymogi Zamawiającego o specyficznej i nowoczesnej technologii, która przewyższa pod względem jakości standardowe głowice tego typu oferowane na rynku, natomiast różnica dwóch stopni nie wpłynie w żaden sposób na diagnostykę.

Odp.1 Zamawiający dopuści do przetargu aparat, w którym kąt skanowania wynosi 66 stopni.

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wysokiej klasy, który nie posiada obsługi menu w j. polskim ? Chcemy jednak zaznaczyć, iż oferowany przez nas aparat posiada intuicyjny interfejs oraz bardzo czytelny panel obsługowy, który w żaden sposób nie utrudni obsługi personelu.

Odp.2 Zamawiający dopuści do przetargu aparat, który nie posiada obsługi menu w j. polskim.

WOJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

Wyk. [D.S]