



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, 05.01.2010 r.

Nr 3410/13/09

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Zamawiający na pytanie nr 1 z dnia 31.12.2009 r. udzielił odpowiedzi, że wymaga złożenia oferty na analizatory nowe rok produkcji 2009. Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający wymagał analizatorów nowych z data produkcji nie później niż 2008/2009. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ ?

Odp.1 Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

Pyt.2 Nawiązując do wyjaśnień z dnia 23.12.2009 r. Zamawiający wymagał dostarczenia pierwszej strony instrukcji obsługi aparatów. Na jakiej podstawie nie mając dostępu do materiałów informacyjnych Zamawiający dokona oceny ofert pod względem merytorycznym? Czy w takim razie Zamawiający wymaga złożenia szczegółowych materiałów (folder) dotyczących opisu analizatorów a na wezwanie Zamawiającego dołączenia instrukcji obsługi przed podpisaniem umowy?

Odp.2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów charakteryzujących oferowany sprzęt (prospektów, folderów lub innych) zgodnie z zapisem IX pkt. 9) SIWZ

**WOJTA**  
mgr inż. Krzysztof Ujma