



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 05.01.2010 r.

Nr 3410/13/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu medycznego” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści złożenia oferty na analizator koagulologiczny fabrycznie nowy o małych wymiarach i wadze do 5,5 kg ?

Analizator koagulologiczny stoi na stole i nie jest przenośnym analizatorem a różnica w wadze 4,5 kg przy wadze innego zamawianego analizatora biochemicznego mającego wagę 100 kg wydaje się bez większego znaczenia.

Odp.1 Zamawiający nie dopuści analizatora koagulologicznego o wadze 5,5 kg

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści na założenie oferty na analizator biochemiczny posiadający możliwość stosowania próbek pierwotnych o średnicy do 13 mm, do 75 mm wysokości oraz próbek pediatrycznych?

Do każdego analizatora należy zdefiniować talerz na próbki dlatego wymagane jest zdefiniowanie wymiarów próbek dokładniej.

Odp.2 Zamawiający dopuści na złożenie oferty na analizator biochemiczny posiadający możliwość stosowania próbek o śr. do 13 mm, do 75 mm wysokości.

Pyt.3 Czy Zamawiający wymaga aby analizator biochemiczny miał możliwość zainstalowania w późniejszym czasie modułu ISE, a co się z tym wiąże pomiar parametrów Na, K, Cl, CO2 byłby dopiero możliwy po zainstalowaniu w/w modułu, czy moduł ISE ma być dostarczony i zainstalowany wraz z analizatorem podczas instalacji i będzie możliwość pomiaru Na, K, Cl, CO2 ?

Odp.3 Zamawiający wymaga aby analizator biochemiczny miał możliwość zainstalowania w późniejszym czasie modułu ISE.