



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 11.03.2010 r.

Nr 3410/2/10

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę nowego sprzętu medycznego**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Dotyczy kardiokogramu

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści kardiokogram z wyświetlaczem LCD

Odp.1 Zamawiający nie dopuści kardiokogramu z wyświetlaczem LCD

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści kardiokogram z głowicą o częstotliwości 0,985 MHz

Odp.2 Zamawiający dopuści kardiokogram o częstotliwości 0,985

Dotyczy UDT

Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego wyciszania zakłóceń

Odp.3 Zamawiający nie dopuści urządzenia bez automatycznego wyciszania zakłóceń

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści ultradźwiękowy detektor tętna płodu z regulacją ręczną

Odp.4 Zamawiający dopuści UDT z regulacją ręczną

Pyt.5 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem 50-240 bpm

Odp.5 Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem pomiaru tętna 50-240 bpm

Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem pracy ciągłej poniżej 360 min.

Odp.6 Zamawiający dopuści urządzenie z czasem pracy poniżej 360 min

Aparat do elektrochirurgii

Pyt.7 Czy Zamawiający dopuści aparat z elektrodą neutralną metalową z kablem min 2 m

Odp.7 Zamawiający dopuści aparat z kablem 2 m

Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pedałem 2-przyciskowym

Odp.8 Zamawiający dopuści urządzenie z pedałem 2-przyciskowym

Pyt.9 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uchwytem elektrody powyżej 2 mm
odp.9 Zamawiający dopuści urządzenie z uchwytem elektrody 2 mm

Pyt.10 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kulką 3 mm
Odp.10 Zamawiający dopuści urządzenie z kulką 3mm

Pyt.11 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kulka 5mm
Odp.11 Zamawiający dopuści urządzenie z kulka 5 mm

Pyt.12 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z częstotliwością pracy generatora w zakresie 350-600 kHz dobierane automatycznie w zależności od trybów pracy
Odp12 Zamawiający dopuści urządzenie z częstotliwością pracy generatora 350-600 kHz

Pyt.13 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poborem mocy max 540 V
odp13 Zamawiający dopuści pobór mocy 540 V

Pyt.14 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z krokiem 1 W dla całego zakresu
odp14 Zamawiający dopuści urządzenie z krokiem 1W dla całego zakresu

Pyt.15 Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody 2,4 mm jak i elektrody kompatybilne z tym uchwytem. Dla użytkownika średnica części mocującej elektrody , jak i rozmiar uchwytu nie ma znaczenia dla komfortu jak i efektywności zabiegów
Odp15 Zamawiający dopuści uchwyt elektrody 2,4 mm jak i elektrody kompatybilne z tym uchwytem

Pyt16. Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy generatora 300-600 kHz
odp.16 Zamawiający dopuści częstotliwość prac generatora 300-600 kHz

Pyt.17 Czy Zamawiający dopuści aparat o mocy max koagulacyjnej bipolarnej 40 W. Moc taka jest wystarczająca do zabiegów ambulatoryjnych, i oczekiwanie większej jest nieuzasadnione potrzebami użytkownika, ogranicza konkurencję
Odp.17 Zamawiający dopuści aparat o mocy 40 W

Pyt.18 Czy Zamawiający zrezygnuje z określenia ilości gniazd jakie ma posiadać aparat? Zamawiający określił w parametrach technicznych tryby pracy : cięcie monopolarne, koagulacyjna monopolarna, koagulacja bipolarna wraz z ich wartościami i to powinno wystarczyć. Dla użytkownika, praktycznie nie ma znaczenia za pomocą ilu gniazd te funkcje będą realizowane. Takie sformułowanie stanowi ograniczenie konkurencji (wskazuje określonych dostawców) bez rzeczywistego powodu leżącego w wartościach użytkowych (parametrach) zamawianego sprzętu. Tym bardziej, że asortyment zamawianych akcesoriów jest bardzo ograniczony (elektrody monopolarne, ginekologiczne)
Odp18 Zamawiający dopuszcza możliwość aparatu z 1-3 gniazdami

Dotyczy aparatu do kriochirurgii

Pyt.19 Czy Zamawiający dopuści aparat do kriochirurgii zasilany ciekłym azotem, ciśnieniu pracy 0,5 Mpa, ciśnieniu max 0,5 MPa o wymiarach i ciężarach mniejszych od podanych w specyfikacji
Opd.19 Zamawiający nie dopuści takiego aparatu do kriochirurgii

Dotyczy elektrokardiografu

Pyt.20 Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią wewnętrzną 40 badań

Odp.20 Zamawiający dopuści aparat z pamięcią wewn. 40 badań

Pyt.21 Czy Zamawiający dopuści aparat bez interfejsu komunikacyjnego USB

Odp.21 Zamawiający nie dopuści takiego aparatu.

Pyt.22 Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości podglądu badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku

odp.22 Zamawiający dopuści taki aparat

Pyt.23 Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wydruku zapisu bezpośredniego na drukarce laserowej.

Pyt.23 Zamawiający dopuści taki aparat.

WOJTC
mgr inż. Krzysztof Ujma