



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

Poczesna, 12.03.2010 r.

### Do wszystkich Wykonawców

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3410/2/10 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę nowego sprzętu medycznego”.

### MODYFIKACJA treści SIWZ

Wójt Gminy Poczesna działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) modyfikuje treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego sprzętu medycznego”.

Zakres modyfikacji jest następujący :

Zamawiający dokonał modyfikacji Rozdz. III pkt. 2 oraz formularza ofertowego w następującym zakresie :

**Dotyczy kardiogramu :**

- z zapisu „głowica 1,0 MHz” na zapis „głowica do 1,0 MHz”

**Dotyczy UDT:**

- z zapisu „regulacja głośności ręczna min 10 stopniowa i automatyczna” na zapis „regulacja głośności ręczna i/lub automatyczna”

- z zapisu „zakres pomiaru tętna min 50-210 bpm” na zapis „zakres pomiaru tętna 50-240 bpm”

- z zapisu „czas pracy ciągłej 30 godzin” na zapis „czas pracy ciągłej od 5 godzin”

**Aparat do elektrochirurgii :**

- z zapisu „elektroda neutralna silikonowa z kablem 5 m” na zapis „elektroda neutralna silikonowa lub metalowa z kablem 2-5”

- z zapisu „pedał 1-przyciskowy” na zapis „pedał 1 lub 2-przyciskowy”

- z zapisu „uchwyt elektrody 4 mm” na zapis „uchwyt elektrody od 2-4 mm”

- z zapisu „kulka prosta 4 mm” na zapis „kulka prosta 3-5 mm”

- z zapisu „częstotliwość pracy generatora 400 kHz +/- 10% na zapis „częstotliwość pracy generatora do 600 kHz”

- z zapisu „pobór mocy nie więcej niż 200W” na zapis „pobór mocy 200 -540 W”

- z zapisu „aparat z trzema gniazdami” na zapis „aparat od 1-3 gniazd”

**Dotyczy elektrokardiografu:**

- z zapisu „ pamięć wewnętrzna min 300 badań” na zapis „pamięć wewnętrzna od 40 badań”
- z zapisu „ możliwość podglądu badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku” na zapis „ z możliwością lub bez możliwości badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku”
- z zapisu „ możliwość wydruku zapisu bezpośredniego na drukarce laserowej” na zapis „z możliwością lub bez możliwości badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku”

**Zamawiający jeszcze raz wypełnił punkt III.3. ogłoszenia o zamówieniu dotyczący wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej w zmianie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.**

Zamawiający w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące :

Termin składania ofert : **23.03.2010 r.**

Termin otwarcia ofert : **23.03.2010 r.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

  
mgr inż. Krzysztof Ujma  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)