



## Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: [wojt@poczesna.com.pl](mailto:wojt@poczesna.com.pl)

---

Poczesna, 16.03.2010 r.

Nr 3410/2/10

### WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego sprzętu medycznego” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o łącznej wadze aparatu 3,2 kg  
Odp.1 Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o wadze 3,2 kg

Pyt.2 Prosimy wyjaśnić do jakich zabiegów będzie wykorzystany aparat do kriochirurgii? (dermatologia, ginekologia oraz czy na urządzeniu będą wykonywane zabiegi proktologiczne).

Odp.2 Aparat będzie wykorzystywany do zabiegów ginekologicznych. Na urządzeniu nie będą wykonywane zabiegi proktologiczne.

WOJTA  
  
mgr inż. Krzysztof Ujma

wyk.[D.S]