

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.poczesna.akcessnet.net

Poczesna: Dostawa nowego sprzętu medycznego

Numer ogłoszenia: 363184 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmin Poczesna , ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, woj. śląskie, tel. 34 3274116.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczesna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego sprzętu medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa nowego sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Poczesnej przy ul. Szkolnej 3 . Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu , instalacji i uruchomienia sprzętu medycznego oraz przeprowadzić szkolenie dla wskazanego personelu w zakresie obsługi urządzeń. Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa aparatu USG z sondą do badań kardiologicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem parametrów jakie powinny spełniać urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia : Konstrukcja aparatu a) najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem oraz Dopplerem fali ciągłej (kardiologicznym), b) aparat fabrycznie nowy, wymagany rok produkcji : 2013, c) konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2012 r. lub później, d) przetwornik 12-bitowy, e) cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, f) ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 20000, g) ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 20000, h) ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min 3, i) dynamika systemu min. 230 dB, j) monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu; przekątna ekranu mi. 15 cali; możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie pionowej i poziomej, k) ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo, l) zakres częstotliwości pracy USG: co

najmniej od 2 MHz do 20 MHz, ł) liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. CineLoop): min. 15000 klatek, m) możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania tzw. CineLoop, n) pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 30 sek., o) zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 0,5 - 30 cm, p) ilość ustawień wstępnych (tzw. presetów) programowanych przez użytkownika min. 40, r) podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokady. Obrazowanie i prezentacja obrazu: a) kombinacja prezentowanych jednocześnie obrazów: - B, - B + B, - M, - B + M, - D, - B + D, - B + C (Color Doppler), - B + PD (Power Doppler), - B + Color + M, b) FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek., dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek., c) szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, d) obrazowanie w trybie spektralny Doppler pulsacyjny (PWD, HPRF PWD), e) zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min. +/- 7,0 m,sek. (przy zerowym kącie bramki), f) obrazowanie w trybie spektralny Doppler ciągły (CWD), g) zakres prędkości Dopplera ciągłego (CWD) min. +/- 15,5 msek. (przy zerowym kącie bramki), h) obrazowanie w trybie Doppler kolorowy (CD), i) zakres prędkości Dopplera kolorowego min. +/- 4,0 msek, j) obrazowanie w trybie Power Doppler i Doppler kierunkowy, k) obrazowanie w rozszerzonym trybie color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach, l) obrazowanie w trybie kolorowy i spektralny Doppler tkankowy, ł) opcjonalnie obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory (linie proste), m) obrazowanie w trybie triplet (B + CDPD + PWD), n) jednoczesne obrazowanie B + BCD (ColorPower Doppler) w czasie rzeczywistym, o) obrazowanie wielokątowi tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków, p) adaptacyjny system obrazowania wyostrający kontury i redukujący artefakty szumowe, r) automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku, s) zakres bramki dopplerowskiej min. od 0,5 mm do 20 mm ze skokiem co 0,5 mm, t) możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 15 stopni, u) korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni, w) automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku, y) zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach, z) możliwość zmian map koloru w color Dopplerze min. 25 map, x) możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu. Archiwizacja obrazów, a) wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów, b) zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI), w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrive lub płytach DVD-RRW. c) możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze, d) videoprinter czarno-biały, e) wbudowana nagrywarka DVD-RRW lub CD-RRW, f) wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive, g) wbudowana karta sieciowa Ethernet 10-100 Mbps h) możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty), i) drukarka laserowa do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu, Funkcje użytkowe a) powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 16x, b) powiększenie obrazu po zamrożeniu min. 16x, c) ilość

pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min 10, d) pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, e) przełączanie głowic z klawiatury, f) podświetlane klawisze, g) automatyczny obraz spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, h) raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie, i) pełne oprogramowanie do badania kardiologicznego oraz oprogramowania do badań naczyniowych, brzusznych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, urologicznych, położniczych, ginekologicznych oraz pediatrycznych. Głowica kardiologiczna a) głowica elektroniczna, sektorowa kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, podać typ głowicy, b) zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 - 5,0 MHz, c) liczba elementów min. 64, d) kąt obrazowania min. 90 stopni, e) obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości, Możliwość rozbudowy aparatu - opcje (dostępne w dniu składania oferty), a) możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł EKG, b) możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę convex matrycową, posiadającą min. 600 kryształów, częstotliwość 2-6 MHz, c) możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar kompleksu Infima Media (IMT), d) możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę liniową 2,0 - 6,0 MHz min. 190, elementów, szerokość skanu min. 80 min. z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę, e) możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę rectalną dwupłaszczyznową w układzie, Convex 3,0 - 9,0 MHz, linia 4,0- 13,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania Convex min. 120 stopni, szerokość skanu linia min. 60 mm.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.41.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Spełnienie warunków opisanych w części IX SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale X i XI SIWZ.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
3. Kompletność oferty - oferta musi zawierać wszystkie

dokumenty i załączniki wymagane od Wykonawcy wymienione w SIWZ. 4.Z treści oświadczeń i załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił warunki. 5.Niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

deklaracja zgodności lub certyfikat CE dla każdego z urządzeń będącego przedmiotem zamówienia, dla którego taka deklaracja lub certyfikat jest wymagany, w celu potwierdzenia spełniania wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej, oświadczenie, że Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy, dokumenty potwierdzające autoryzację serwisową wydaną przez producenta dla każdego z urządzeń, pierwszą stroną instrukcji obsługi potwierdzającą, że jest w języku polskim dla każdego z urządzeń, dokumenty charakteryzujące oferowany sprzęt np. prospekty, foldery lub inne posiadane dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.poczesna.akcessnet.net

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, pok. 28.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie